



**REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
PROTOCOLO LEGISLATIVO
PROCESSO Nº 5523/2021**

SOLICITA AO EXECUTIVO MUNICIPAL INFORMAÇÕES SOBRE A FALTA DE DOSÍMETRO PARA O CENTRO DE SAÚDE PROFESSOR MANOEL JOSÉ FERREIRA, CENTRO, PARA QUE POSSAM OPERAR O MAMÓGRAFO RECÉM INSTALADO.

O Vereador EDUARDO DO BLOG, infra-assinado, satisfeitas as formalidades regimentais, com base no Inciso XIV do Art. 78 da LOM, solicita as seguintes informações sobre a falta de Dosímetro para o Centro de Saúde Professor Manoel José Ferreira, Centro, para que possam operar o Mamógrafo recém instalado:

- I. Qual o prazo de entrega do dosímetro;
- II. Qual o motivo na demora da entrega do dosímetro;

Ademais, solicita inteiro teor do contrato com a NUCLEM ou outra firma que faça análise do dosímetro.

JUSTIFICATIVA

Tal solicitação se faz necessária, tendo em vista a falta do aparelho para que possa haver o funcionamento do mamógrafo recém instalado.

Após realização de fiscalização no Centro de Saúde Professor Manoel José Ferreira, Centro, foi constatado que a falta do referido dosímetro é o que vem impedindo a realização dos exames de mamografia

Um **dosímetro** é um dispositivo que tem como função medir a exposição de um indivíduo à radiação, ruído, vibração e produtos químicos específicos durante um período de tempo. Ele tem dois usos principais: para proteção contra danos à saúde humana e para a medição da dose em processos industriais.

Vale destacar que o mamógrafo recém instalado ainda não está sendo utilizado por conta da falta do referido dosímetro e a fila de mulheres aguardando o exame está a cada dia maior.

Sala das Sessões, 02 de Junho de 2021

EDUARDO DO BLOG
Vereador

DR. MAURO PERALTA
Vereador